



Parecer Técnico de Reprovação de Equipamento

Pregão eletrônico nº 02/2017

Licitação nº 658319

Lote: 04

Equipamento: 02(duas) unidades de Tonômetro de Aplanção

A Engenharia Clínica do Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM, representada pelo Engenheiro Mecânico especialista em Engenharia Clínica, Sr. Eduardo Santos Mendes, CREA 55731, declara, neste ato, que o equipamento TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, marca/modelo OPTILASA, MODELO OP1H R-900, constante da proposta do fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., inscrito no CNPJ 10.242.040/0001-01, não atende integralmente a especificação técnica descrita no Anexo 01, Lote 04, do Edital de nº 02/2017, Licitação nº 658319, publicado no DOU de 10 de janeiro de 2017, no seguinte item: - Ajuste de medição 0 a 60 mmHg, precisão +ou- 0,5 mmHg.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2017.

Eduardo Santos Mendes
Engenheiro Mecânico
Especialista em Engenharia clínica
CREA – 55 731
Mendes Engenharia. Clínica