

ESTADO DE MINAS GERAIS
 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA
 PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
 CONVENIO Nº 883728/2019

ANEXO II
 PROPOSTA COMERCIAL

1. DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço:	
Telefone/ Fax:	e-mail: Contato:

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E DADOS BANCÁRIOS

Nome do Responsável legal para assinatura do Contrato:	
RG.	CPF:
Endereço:	
Nacionalidade:	Cargo:
Telefone:	
Dados Bancários:	

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Autoclave horizontal automática marca Luferco, modelo 39209, capacidade 365 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, sistema hidráulico e de vapor (tubulações e conexões) em aço inoxidável. Equipado com manômetro e manovacuômetro para controle das pressões das câmaras interna e externa. Construída com dupla câmara: Câmara interna em aço inoxidável AISI-316, câmara externa em aço inoxidável AISI-304. Isolamento térmico em lã de rocha, com revestimento em aço carbono galvanizado. Superfície da câmara interna com polimento padrão sanitário conforme normas vigentes da ABNT. Tubulações e Conexões de suprimento de água e vapor em aço inoxidável. Câmara interna possui entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas, tipo guilhotina, confeccionadas em aço inoxidável AISI 316 com sistema de segurança antiesmagamento. A guarnição do sistema de fechamento de porta confeccionada em borracha de silicone. Gerador de vapor, elétrico trifásico. Abastecimento de água automático, através de bomba centrífuga. Resistências elétricas blindadas em aço inoxidável. Câmara em aço inoxidável AISI-304. Equipado com válvula de segurança ajustada e lacrada e manômetro. Equipamento construído conforme Norma do Ministério do Trabalho, NR-13. Válvula de Comando: são independentes, de acionamento pneumático. Faz parte do escopo de fornecimento de um compressor que	Unid.	01	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

<p>atenda a demanda de ar comprimido da autoclave. Possibilita os seguintes sistemas de segurança, na falta de energia elétrica, fecha a entrada de vapor. No excesso de pressão na câmara interna, fecha a passagem de vapor. Comando automático, microprocessado, com programação flexível, composto de: Unidade de controle microprocessada, Sistema de controle da pressão da câmara externa por pressostato ou transdutor de pressão. Sistema de Controle de Pressão / Vácuo da Câmara Interna por pressostato ou transdutor de pressão. Sistema Eletrônico de Controle de Temperatura na Câmara Interna, através de pelo menos 01 sensor, tipo termopar. Sistema de Indicação de temperatura da câmara interna digital, com indicação de temperatura em Graus Celsius. O Sistema de informação por display digital, com tela tipo "TOUCH SCREEN" para visualização dos parâmetros do ciclo a ser efetuado, da programação dos parâmetros do ciclo a ser processado e da operação em processo. O comando permite, no mínimo, as seguintes operações: Escolha do ciclo de trabalho para esterilização de utensílios, borracha e tecido. Escolha da temperatura de trabalho para esterilização líquidos, utensílios, instrumentos, borracha e vidros (121°C / 134°C). Programação dos parâmetros (tempo, temperatura). Programa para Bowie Dick. O comando tem, pelo menos, as seguintes indicações luminosas e / ou sonoras: Indicação visual de equipamento em operação, Indicação visual / ou sonora de fim do ciclo, Indicação visual e / ou sonora de falha no sistema. SISTEMA DE VÁCUO: Bomba de vácuo, com selo de anel líquido (água), montada dentro do gabinete da Autoclave. Capacidade para atingir no mínimo 55mmhg de pressão de vácuo, temperatura da água a 25°C. SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança, com alavanca, placa de identificação de pressão de trabalho e pressão de ajuste para as câmaras: Interna e Externa / Gerador de Vapor. O comando da Autoclave proporciona as seguintes condições mínimas de segurança: Não haverá partida do ciclo ou entrada de vapor a câmara interna, caso as portas não estejam fechadas. Impossibilidade de abertura da porta, quando já houver sido dada a partida do ciclo. Impossibilidade de abertura da porta, quando a câmara interna estiver com pressão. A fase de esterilização iniciará, automaticamente, somente quando a câmara externa estiver com o valor programado de pressão, 2,2 Kgf/cm². Acessórios: carro interno para acomodação da carga dentro da câmara de esterilização, construído em aço inoxidável AISI-316, (duas unidades). Carros para transporte dos racks, construídos em aço inoxidável, (duas unidades). Cestos aramados em aço inoxidável: quantidade necessária que permita 02 (dois) carregamentos completos</p>				
---	--	--	--	--

	conforme capacidade de carga do equipamento. Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa com produção compatível ao consumo da autoclave e que produza água conforme parâmetros da norma NBR 17665. Impressora matricial, para registro. Compressor de ar comprimido, para atender a demanda do equipamento.				
Valor total do item: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).					

Declaramos para todos os fins que possuímos Assistência Técnica Autorizada, para todo o Estado de Minas Gerais, como segue:

Declaro sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente cotação prévia de preços, e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital 03/2020 e seus anexos, sendo que o produto ofertado atende plenamente a especificação contida no referido edital.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Prazo de entrega: 90 (noventa) dias, conforme edital.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, conforme edital.

Local de entrega: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS – Rua Aimorés nº 2896, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG – CEP 30.140-073.

Condições de pagamento: 20 (vinte) dias, conforme edital.

Garantia do equipamento: 12 (doze) meses, a partir da instalação, conforme edital.

Dados Bancários:

Assistência técnica: permanente gratuita durante todo período de garantia, sem ônus para a fundação Educacional Lucas Machado - MG, prestada pela empresa

Acompanha manual de instalação, operação e manutenção em português.

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA
PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2021
CONVENIO Nº 883728/2019

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 – convênio 883728/2019-
DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxx e do CPF Nº xxxxxxxxxxxx, como representante devidamente constituído de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020 quanto a participar ou não da referida cotação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, antes da adjudicação do objeto da referida cotação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 07/2020, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA
PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
CONVENIO Nº 883728/2019

DECLARAÇÃO

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de cotação prévia de preços não estando suspensa do direito de licitar e contratar junto à Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma, bem como não se encontrando declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA
PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2021
CONVENIO Nº 883728/2019

DECLARAÇÃO

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.