

PREGÃO ELETRÔNICO: 02/2026

CONTRATAÇÃO Nº 933245 - 2/2026

REF. CONVÊNIO FEDERAL Nº 961374/2024

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ITEM/LOTE 06 – GARROTE PNEUMÁTICO

Após a análise técnica do equipamento marca RAZEK, modelo ITR-I, ofertado pela empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.619.992/0001-56, foram identificadas divergências e ausência de comprovação de atendimento a requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o Item/Lote 06:

A especificação técnica estabelece:

c) Saída para no mínimo 02 (dois) monitoramentos de manguito com pressões independentes;

O manual apresentado informa que o equipamento possui um único conector de torniquete, destinado à conexão do torniquete ao equipamento. Dessa forma, não foi identificada a disponibilização de duas saídas para monitoramento de manguitos com pressões independentes, conforme exigido na especificação técnica. Portanto, o requisito não é atendido.

A especificação técnica estabelece:

e) Manômetro escalonado de no mínimo 30 a 600 mmHg no painel frontal, apresentando assim a pressão exata do manguito em manômetro ou display digital.

f) Precisão de +/-3%;

O manual apresentado informa que o equipamento possui faixa de ajuste de pressão de 50 a 600 mmHg, não contemplando o limite mínimo de 30 mmHg estabelecido na especificação. Além disso, o fabricante informa que, em condições normais de funcionamento, o equipamento apresenta erro máximo de 10 mmHg em relação à pressão selecionada pelo operador, não sendo demonstrada a precisão de $\pm 3\%$ exigida. Dessa forma, os requisitos não são atendidos.

A especificação técnica estabelece:

n) Bateria recarregável, duração mínima de 120 minutos e carga máxima em até 24 horas;

A documentação apresentada informa alimentação elétrica do equipamento em 100–240 V~, 50/60 Hz, não sendo identificada a existência de bateria recarregável ou informação quanto à autonomia mínima de 120 minutos e ao tempo máximo de carregamento de 24 horas. Dessa forma, o requisito não é atendido.

A especificação técnica estabelece:

ACESSÓRIOS:

c) 02 (DUAS) unidades reutilizáveis de cada um dos seguintes tamanhos aproximados: 45 x 7,0 cm; 52 x 9 cm; 68 x 9 cm; 92 x 9,5 cm; 100 x 13 cm; e 140 x 17 cm, não sendo aceitos materiais descartáveis;

O manual apresentado informa que, para utilização do equipamento, é necessário o uso da família Torniquete Descartável Razek, sendo indicada pelo fabricante a utilização de torniquetes originais e exclusivos para o equipamento. Dessa forma, a solução apresentada utiliza acessórios descartáveis, em desacordo com a exigência expressa de fornecimento de unidades reutilizáveis, não sendo aceitos materiais descartáveis. Portanto, o requisito não é atendido.

A especificação técnica estabelece:

GARANTIA:

a) Garantia integral (peças e mão de obra) de 24 MESES para o equipamento, contados a partir da data de instalação dele.

Na documentação apresentada, não foi possível identificar o prazo de garantia ofertado para o equipamento, não sendo possível, portanto, confirmar o atendimento ao prazo mínimo de 24 meses estabelecido na especificação técnica.

Após análise da documentação técnica apresentada para o equipamento marca RAZEK, modelo ITR-I, ofertado pela empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, verificou-se que o equipamento não atende integralmente aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos para o Item/Lote 06 – Garrote Pneumático.

Diante das não conformidades identificadas citadas acima, a Engenharia Clínica manifesta-se pela desclassificação da proposta para o Item/Lote 03, por não atendimento integral à especificação técnica estabelecida.

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Marcella Figueiredo Neves
CPF: 079.704.156-79
Data: 06/10/2026 15:28:32 -03:00



Marcella Figueiredo Neves
Engenheira Clínica - FELUMA
Engenheira de Controle e Automação
CREA- MG - 228545/D