

PREGÃO ELETRÔNICO: 02/2026

CONTRATAÇÃO Nº 933245 - 2/2026

REF. CONVÊNIO FEDERAL Nº 961374/2024

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ITEM/LOTE 06 – GARROTE PNEUMÁTICO

Após a análise técnica do equipamento, marca ORTOMEDICAL, modelo Sistema de Torniquete Automático Elétrico Pneumático para Sala de Cirurgia, ofertado pela empresa WA Medical Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ: 28.055.894/0001-36, com registro ANVISA/MS nº 80769979028, fabricante Hangzhou Zhengda Medical Co., Ltd., foram identificados pontos que demandam esclarecimentos técnicos, razão pela qual são apresentados os seguintes questionamentos:

A especificação técnica estabelece:

f) Precisão de $\pm 3\%$;

Questiona-se:

Durante a análise da documentação técnica apresentada, verificou-se que o manual do equipamento informa controle e estabilidade da pressão de ± 8 mmHg ou 1 kPa, não sendo localizada comprovação de que a precisão do equipamento atenda ao limite de $\pm 3\%$ estabelecido no Termo de Referência.

Solicita-se esclarecimento quanto ao atendimento deste requisito, mediante apresentação de documentação técnica oficial do fabricante, com indicação da respectiva página, que comprove expressamente a precisão de $\pm 3\%$ para o equipamento ofertado. Caso a especificação de precisão adotada pelo fabricante seja expressa em unidade ou critério diverso, solicita-se que seja apresentada a correspondência técnica utilizada pelo fabricante e a respectiva declaração de atendimento ao requisito do Termo de Referência.

A especificação técnica estabelece:

h) Alarmes sonoros e visuais, minimamente: bateria fraca, manguito obstruído, pressão baixa, pressão alta; sinalização de término de tempo configurado;

Questiona-se:

Durante a análise da documentação técnica apresentada, foram identificadas informações referentes a funções de alarme do equipamento, porém não foi localizada comprovação documental suficiente de que estejam contemplados, de forma sonora e visual, todos os eventos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, especialmente pressão baixa e pressão alta.

Solicita-se a apresentação de documentação técnica oficial do fabricante, preferencialmente manual de usuário/operação e/ou catálogo técnico oficial, com indicação das respectivas páginas, que descreva expressamente os alarmes disponíveis, sua forma de sinalização e as respectivas condições de acionamento, comprovando o atendimento integral ao requisito.

A especificação técnica estabelece:

k) Tecla de silenciar alarme;

Questiona-se:

Durante a análise da documentação técnica apresentada, não foi localizada comprovação expressa da existência de tecla ou função específica destinada ao silenciamento dos alarmes do equipamento. Foram identificadas informações relativas ao ajuste de volume do alarme, mas não foi possível confirmar que o equipamento dispõe da função de silenciamento exigida no Termo de Referência.

Solicita-se a apresentação de documentação técnica oficial do fabricante, preferencialmente manual de usuário/operação e/ou catálogo técnico oficial, com indicação da respectiva página, que identifique expressamente a tecla ou função de silenciamento dos alarmes e descreva seu modo de utilização.

Ressalta-se que este pedido de esclarecimento tem como finalidade exclusivamente a confirmação das características técnicas do equipamento ofertado, não podendo os esclarecimentos resultar na alteração da proposta originalmente apresentada, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021.

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Marcella Figueiredo Neves
CPF: 079.704.156-79
Data: 08/10/2026 14:58:33 -03:00



Marcella Figueiredo Neves
Engenheira Clínica - FELUMA
Engenheira de Controle e Automação
CREA- MG - 228545/D